

I. Основные технические данные

Класс точности

1.5

0-100V



Диапазон измерений

Масса прибора, кг

Габаритные размеры, мм

0,125

60x60x49

2. Комплект поставки

Прибор	I
Паспорт	I
Гайка М3	8
Шайба 3	4
Гайка М4	2
Шайба 4	4
Шайба пружинная 4	2
Провода калиброванные	
Шунт	
Добавочное сопротивление	

3. Указания по монтажу

Момент затяжки гайки М3, Нм не более 0,5

4. Свидетельство о приемке

Прибор соответствует техническим условиям  
ТУ 25-04.4079-82 и признан годным для эксплуата-  
ции.

Гарантийный срок хранения устанавливается  
6 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев  
со дня ввода приборов в эксплуатацию.

Дата выпуска

АВГ 1985

