Сведения о содержании серебра

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса в 1 от.,г	Масса в изделии, г	Номер акта	Примечание
		Обозначение	Количество	Количество в изделии				
Пружинодержатель	5ПЧ.114.010	5ПЧ.267.014	I	I	0,000540	0,000540		
Противовес	5ПЧ.116.026	I4ДБХ6.057.000	I	I	0,002418	0,002418		
Пружинодержатель	I4ДБХ8.126.000	I4ДБХ5.131.001	I	I	0,001121	0,001121		
Корректор	I4ДБХ8.233.001	I4ДБХ6.212.000	I	I	0,003658	0,003658		
Корректор	I4ДБХ8.233.003	I4ДБХ6.212.000	I	2	0,005250	0,010500		
						0,018237		

I. Основные технические данные

Класс точности	1,5
Диапазон измерения	
Масса прибора, кг	0,15
Габаритные размеры, мм	60x60x49
Содержание серебра, г	0,018237

0 - 1,5 кг

2. Комплект поставки

Прибор	I
Паспорт	I
Гайка М3	8
Шайба 3	4
Гайка М4	2
Шайба 4	4
Шайба пружинная 4	2
Провода калиброванные	
Шунт	
Добавочное сопротивление	

3. Указания по монтажу

Момент затяжки гайки М3,1Нм не более 0,5

4. Свидетельство о приемке

Прибор соответствует техническим условиям ТУ 25-04.4079-82 и признан годным для эксплуатации. Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления прибора. Гарантийный срок эксплуатации I8 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию.

Дата выпуска 198__г.

ОТК 1

РИО Амурупрполиграфиздата. 3719. Т80000экз. 1984

Благовещенская типография